

關連工業區空品監測分析報告

(113 年 7 月 31 日~9 月 3 日)

一、監測目的及監測點說明

1-1 監測及分析目的

臺中市近年來因大型工業區及重大開發案陸續完工，加上原有工業區與重大污染源，致使環境中的空氣污染排放量日益增加，當地空氣品質甚至整個臺中市都可能受到影響。為掌握轄區內重大污染源附近地區及空氣污染突發事件之現場空氣品質狀況與污染源特性，有效降低揮發性有機物對環境的衝擊及減少對人民之危害，現已規劃藉由移動式空氣品質監測車之機動監測，可進行特定監測目的，包括民眾陳情、臨時性重大空氣污染事件等，以補現有固定式測站的不足，並隨時掌握主要污染來源，擬定適當的管制策略，以改善空氣品質。

針對監測數據進行分析期間趨勢及比對各類型資料，包括監測期間物種與整體趨勢、篩選指標污染物及歷次監測結果進行比對分析，且於監測期間篩選濃度較高值並分析其氣象條件，掌握該次監測任務特定陳情對象或空氣污染事件污染源，提供特徵污染物或相關污染源類型，以作為後續追蹤污染源之依據。

1-2 監測點特性及環境說明

VOC1 車於 113 年 7 月 31 日至 9 月 3 日架設關連工業區內，針對周圍環境空氣品質進行監測。

於架設監測前，已針對監測地點及附近可能產生之污染源進行評估，為確保監測地點能便利監測車設置相關設備，其設置篩選條件如表 1-2.1，依據篩選條件可確保架設所需基本需求，判別該地點周遭地理空間資訊(如鄰近障礙物、道路距離、是否有明顯污染源等)，確認上述條件後再前往進行現勘，本次監測地點如圖 1-2.1 所示，表 1-2.2 為監測地點周圍環境說明。

表 1-2.1 監測地點評估原則

項目	評選項目	評選標準
1	監測地點可借用	---
2	電源供應充足	電源充足穩定
3	電源距離	小於三十公尺
4	八方位障礙物	無障礙物
5	與障礙物的距離	大於兩倍建物高度
6	與鄰近樹木的距離	大於十公尺
7	與鄰近道路距離	依交通量而定
8	明顯鄰近的污染源	應無直接影響
9	容易到達及設置	---
10	良好的安全與保全性	---

二、污染源分析原則

2-1 監測項目

目前監測物種計有 59 項，包括工業區可能排放揮發性有機化合物及異味化合物，參考美國環境保護署監測空氣中揮發性有機化合物分析方法、現行 GC-MS 分析、臺中市工業區與科學園區特徵污染物，可區分為氣狀污染物、有害氣體(22 項)及異味污染物(7 項)，另有監測氣象條件，詳見表 2-1.1。

表 2-1.1 移動式空氣品質監測車監測項目及物種

項次	物種	中文	項次	物種	中文
1	1,2,3-trimethyl benzene	1,2,3-三甲基苯	31	dimethyl ether	甲醚
2	1,2,4-trichlorobenzene	1,2,4-三氯苯	32	dimethyl sulfide	二甲基硫醚
3	1,2-dichloroethane	1,2-二氯乙烷	33	ethane	乙烷
4	1,3-butadiene	1,3-丁二烯	34	ethanol	乙醇
5	1-butene	1-丁烯	35	ethene	乙烯
6	1-methoxybutane	1-甲氧基丁烷	36	ethyl acetate	乙酸乙酯
7	2,6-toluene diisocyanate	2,6-甲苯二異氰酸酯	37	ethyl mercaptan	乙硫醇
8	2-methyl-2-butene	2-甲基-2-丁烯	38	formaldehyde	甲醛
9	2-methylpentane	2-甲基戊烷	39	formic acid	甲酸
10	2-propanethiol	2-丙硫醇	40	heptane	庚烷
11	2-propanol	2-丙醇	41	hexane	己烷
12	3-methyl-1-butanol	3-甲基-1-丁醇	42	hydrogen sulfide	硫化氫
13	3-methylhexane	3-甲基己烷	43	isobutane	異丁烷
14	Cyclohexane	環己烷	44	isobutene	異丁烯
15	N,N-dimethylmethanamide	二甲基甲醯胺	45	isopentane	異戊烷
16	acetaldehyde	乙醛	46	m-xylene	間-二甲苯
17	acetic acid	醋酸	47	methane	甲烷
18	acetone	丙酮	48	methanol	甲醇
19	acetylene	乙炔	49	methyl acetate	乙酸甲酯
20	acrylonitrile	丙烯腈	50	methyl chloride	氯甲烷
21	ammonia	氨	51	methyl cyclohexane	甲基環己烷
22	benzene	苯	52	methyl isobutyl ketone	甲基異丁酮
23	butane	丁烷	53	octane	辛烷
24	butanone	丁酮	54	pentane	戊烷
25	butyl acetate	乙酸丁酯	55	propanal	丙醛
26	chloroethene	氯乙烯	56	propane	丙烷
27	chloroform	氯仿	57	propene	丙烯
28	decane	癸烷	58	tetrachloroethene	四氯乙烯
29	dichloromethane	二氯甲烷	59	toluene	甲苯
30	dimethyl amine	二甲胺			

2-2 氣象條件

監測期間彙整風速及風向與溫、溼度等氣象因子，透過風花圖(如圖 2-2.1)可瞭解該區風速及風向頻率，確認主要污染物的來源方向，並透過風速大小，可推斷監測物種產生高值期間，其擴散條件優劣來分析污染物是否由對應風向吹拂或是污染物受大氣影響導致累積所造成之結果。




圖 2-2.1 氣象監測結果統計圖(範例)

三、監測數據分析

3-1 氣象分析

本次監測地點為關連工業區，主要針對周圍大氣環境監測，彙整監測各測項數據，統計監測逐時值、風速風向與等濃度極座標於後續小節中。

彙整移動式空氣品質監測車資料進行分析，包含各揮發性有機物濃度、風速、風向、溫度及濕度等，圖 3-1.1 為監測期間氣象監測結果彙整，主要風向為西南風，略有部分比例為西北風，期間風速平均為 1.1 m/s，最大風速為 2.4 m/s。




圖 3-1.1 氣象監測結果統計圖

3-2 整體趨勢分析

本次監測結果整體趨勢如圖 3-2.1，濃度較高物種主要以烷類、烯類較多，監測前十項濃度較高濃度物種依序為甲烷、氨、乙烷、異丁烷、甲苯、丁酮、間-二甲苯、乙酸乙酯、庚烷及丙酮，其對應可能產生之工業行為及特性如表 3-2.1 所示，監測期間日均值數據如表 3-2.2 所示。

表 3-2.1 前十項高濃度物種可能來源及特性(1/3)

項次	物種名稱	物化特性	可能來源
1	甲烷	常溫常壓下甲烷為無色無味的氣體，天然氣的最主要成分，家用天然氣的特殊味道，是為了安全而添加的人工氣味，通常是使用甲硫醇或乙硫醇。	1.有機廢物的分解。 2.天然源頭（如沼澤）。 3.從化石燃料中提取。 4.動物（如牛）的消化過程。 5.稻田之中的細菌。
2	氨	氨(或稱氨氣、阿摩尼亞或無水氨)，是無色氣體，有強烈的刺激氣味，極易溶於水，是所有食物和肥料的重要成分。也是藥物和商業清潔用品直接或間接的組成部分，具有腐蝕性等危險性質，有廣泛的用途，成為世界上產量最多的無機化合物之一，約八成用於製作化肥。	1.在醫療方面，少量易揮發的氨作為使人清醒的吸入劑。 2.生產硝酸、玻璃清潔劑。 3.有八成的氨生產氮肥。 4.航空燃料。 5.廣泛用的製冷劑之一，可用於空調、冷藏和低溫，能用於各種形式的製冷壓縮機。
3	乙烷	常溫常壓下的乙烷為可燃氣體，無色無嗅，在一定的濃度下如遇火可產生爆炸。	1.通過蒸汽裂解生產乙烯和氯乙烯。 2.乙烷為生產鹵代乙烷的原料。 3.在極低溫度製冷系統中，已有使用乙烷做製冷劑。 4.乙烷具有顯著的抗爆質量，可用在高壓縮比的發動機中。
4	異丁烷	異丁烷（IUPAC 命名 2-甲基丙烷，又稱甲基丙烷）是一種烷烴，與(正)丁烷互為同分異構體。丁烷因碳原子與氫原子結合狀態不同而可成正丁烷 (n-butane) 及異丁烷 (i-butane) 兩種。	1.異丁烷作為氟利昂的替代品。 2.家用冰箱和冰櫃中的製冷劑，也可用作噴霧器中的壓縮氣體。 3.與異丁烯經氫化而製造異辛烷，作為汽油辛烷值的改進劑。 4.可作冷凍劑。 5.作為發泡劑來製造保麗龍。

表 3-2.1 前十項高濃度物種可能來源及特性(2/3)

項次	物種名稱	物化特性	可能來源
5	甲苯	甲苯是最簡單，最重要的芳烴化合物之一。在空氣中，甲苯只能不完全燃燒，火焰呈黃色，帶有一種特殊的芳香味(與苯的氣味類似)，空氣中的甲苯濃度在8ppm(百萬分之八)時，開始可以聞到味道，在常溫常壓下是一種無色透明，清澈如水的液體，幾乎不溶於水，但可以和二硫化碳，酒精，乙醚以任意比例混溶，在氯仿，丙酮和大多數其他常用有機溶劑中也有很好的溶解性。	1.實際應用中常常替代有相當毒性的苯作為有機溶劑使用。 2.常用的化工原料，可用於製造噴漆、炸藥、農藥、苯甲酸、染料、合成樹脂及滌綸等。 3.汽油的組分之一。 4.其用途是製造塗料、塗料稀釋劑、指甲油、漆器、黏著劑和橡膠。 5.用於印刷與皮革鞣製過程等。
6	丁酮	丁酮也稱為甲乙酮（MEK），是一種有機化合物。無色可燃液體，帶有一種強烈的奶油糖果的甜味，類似於丙酮。	1.用作溶劑、變性劑、催化劑，也用於製取過氧化甲乙酮。 2.在自然界中也存在丁酮，一些樹會製造丁酮，在一些水果和蔬菜中也可以發現少量的丁酮。 3.汽車尾氣中也會含有丁酮。 4.可用於壓克力、PVC 等乙機材料的融解和黏接。
7	間-二甲苯	工業上販售的二甲苯是由 45%~70% 的間二甲苯、15%~25% 的對二甲苯和 10%~15% 鄰二甲苯三種異構物所組成的混合物，為無色透明液體，有芳香烴的特殊氣味、易燃，攝入二甲苯或吸入高濃度的蒸氣皆會對人體造成危害，無色透明液體，有類似甲苯的氣味。	1.用於生產間苯二甲酸、間甲基苯甲酸、間苯二甲腈，也可用作醫藥、染料、香料、彩色膠片成色劑的原料。 2.間二甲苯是殺菌劑甲霜靈、呋霜靈、苯霜靈、惡霜靈、百菌清，以及殺蟲殺蟎劑雙甲脒、單甲脒、殺蟲脒和除草劑克草胺、異丁草胺等的中間體。 3.主要作溶劑，用於生產間苯二甲酸進而生產不飽和聚酯樹脂和塗料，還用於生產間甲基苯甲酸、間苯二甲腈，醫藥利多卡因、氧甲唑啉，新泛影等。還可用於香料、彩色電影膠片的油溶性成色劑等的原料和染料中間體。 4.用作分析試劑和精密光學儀器的溶劑和清洗劑，也用於有機合成。

表 3-2.1 前十項高濃度物種可能來源及特性(3/3)

項次	物種名稱	物化特性	可能來源
8	乙酸乙酯	乙酸乙酯為無色透明液體，有水果香，易揮發，對空氣敏感，能吸水分，水分能使其緩慢分解而呈酸性反應。可用作紡織工業的清洗劑和天然香料的萃取劑，也是製藥工業和有機合成的重要原料。	1.在香精香料、油漆、醫藥、高級油墨、火膠棉、硝化纖維、染料等行業應用。 2.是食用香精中用量較大的合成香料之一，大量用於食用香精，還可用作萃取劑和脫水劑。 3.栲膠系列產品應用於脫硫製革、捲煙材料、油田鑽井、金屬浮選、除垢等方面。 4.工業溶劑，用於塗料、粘合劑、乙基纖維素、人造革、油氈著色劑、人造纖維等產品中。 5.作為粘合劑，用於印刷油墨、人造珍珠的生產；作為提取劑，用於醫藥、有機酸等產品的生產。
9	庚烷	有 9 種同分異構體，若考慮到光學異構則有 11 種同分異構體，包括庚烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷、2,2-二甲基戊烷、2,3-二甲基戊烷、2,4-二甲基戊烷、3,3-二甲基戊烷、3-乙基戊烷、2,2,3-三甲基丁烷，其中大多數存於石油的汽油餾出物中。	1.用作分析試劑，汽油機爆震試驗標準。 2.色譜分析參比物質，溶劑。 3.能刺激呼吸道，高濃度時有麻醉作用。
10	丙酮	丙酮又稱二甲基酮、二甲基甲酮，簡稱二甲酮，或稱醋酮、木酮，是最簡單的酮，有特殊氣味的無色可燃液體，常溫下為無色透明液體，易揮發、易燃，有芳香氣味，與水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶等均能互溶，能溶解油、脂肪、樹脂和橡膠等，也能溶解醋酸纖維素和硝酸纖維素，是一種重要的揮發性有機溶劑。	1.卸除指甲油的去光水及油漆的稀釋劑。 2.有機溶劑，應用於醫藥、油漆、塑料、火藥、樹脂、橡膠、照相軟片等行業。 3.工業應用製造雙酚 A、甲基丙烯酸甲酯、丙酮氰醇、甲基異丁基酮等產品，以及塑膠、纖維、藥物及其他化學物質。 4.在建材方面，主要作為脂肪族減水劑的主要原料。

表 3-2.2 監測日均值(1/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	1,2,3-三甲基苯	1,2,4-三氯苯	1,2-二氯乙烷	1,3-丁二烯
7月31日	<LOQ	ND	<LOQ	ND
8月1日	ND	ND	ND	ND
8月2日	ND	ND	ND	ND
8月3日	ND	ND	ND	ND
8月4日	ND	ND	ND	ND
8月5日	ND	ND	ND	ND
8月6日	ND	ND	ND	ND
8月7日	<LOQ	<LOQ	0.06	ND
8月8日	0.02	ND	0.09	ND
8月9日	0.02	<LOQ	0.11	ND
8月10日	0.03	<LOQ	0.12	ND
8月11日	0.02	<LOQ	0.07	ND
8月12日	0.03	<LOQ	0.07	ND
8月13日	0.04	<LOQ	0.11	ND
8月14日	0.04	0.02	0.09	ND
8月15日	0.04	<LOQ	0.07	ND
8月16日	0.03	ND	0.03	ND
8月17日	ND	<LOQ	<LOQ	ND
8月18日	ND	ND	ND	ND
8月19日	ND	ND	<LOQ	ND

表 3-2.2 監測日均值(2/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	1,2,3-三甲基苯	1,2,4-三氯苯	1,2-二氯乙烷	1,3-丁二烯
8月20日	ND	ND	ND	ND
8月21日	ND	ND	ND	ND
8月22日	ND	ND	ND	ND
8月23日	ND	ND	ND	ND
8月24日	ND	ND	ND	ND
8月25日	ND	ND	ND	ND
8月26日	ND	ND	ND	ND
8月27日	ND	ND	ND	ND
8月28日	ND	ND	ND	ND
8月29日	ND	ND	ND	ND
8月30日	ND	ND	ND	ND
8月31日	ND	ND	ND	ND
9月1日	ND	ND	ND	ND
9月2日	ND	ND	ND	ND
9月3日	ND	ND	ND	ND
平均值	<LOQ	ND	<LOQ	ND
最大值	0.04	0.02	0.12	ND
LOQ	0.0115	0.0221	0.0292	0.0437
LOD	0.0035	0.0066	0.0088	0.0131

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(3/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	1-丁烯	1-甲氧基丁烷	2,6- 甲苯二異氰酸酯	2- 甲基-2-丁烯
7月31日	ND	0.64	0.01	ND
8月1日	ND	<LOQ	ND	ND
8月2日	ND	ND	ND	ND
8月3日	ND	0.05	ND	ND
8月4日	ND	ND	ND	ND
8月5日	ND	ND	ND	ND
8月6日	ND	ND	ND	ND
8月7日	ND	1.16	0.00	<LOQ
8月8日	ND	2.14	0.01	0.02
8月9日	ND	3.11	0.01	0.02
8月10日	ND	3.19	0.02	0.02
8月11日	ND	2.92	0.02	0.02
8月12日	ND	2.77	0.02	0.02
8月13日	ND	2.96	0.02	0.02
8月14日	ND	3.03	0.01	0.02
8月15日	ND	2.93	0.02	0.02
8月16日	ND	1.58	0.00	<LOQ
8月17日	ND	0.34	<LOQ	ND
8月18日	ND	0.32	<LOQ	ND
8月19日	ND	0.28	ND	ND

表 3-2.2 監測日均值(4/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	1-丁烯	1-甲氧基丁烷	2,6-甲 苯二異氰酸酯	2-甲 基-2-丁烯
8月20日	ND	0.28	<LOQ	ND
8月21日	ND	0.32	<LOQ	ND
8月22日	ND	0.28	<LOQ	ND
8月23日	ND	0.26	<LOQ	ND
8月24日	ND	0.26	<LOQ	ND
8月25日	ND	0.25	ND	ND
8月26日	ND	0.29	ND	ND
8月27日	ND	0.30	ND	ND
8月28日	ND	0.29	<LOQ	ND
8月29日	ND	0.30	<LOQ	ND
8月30日	ND	0.29	<LOQ	ND
8月31日	ND	0.26	ND	ND
9月1日	ND	0.27	ND	ND
9月2日	ND	0.30	<LOQ	ND
9月3日	ND	0.34	ND	ND
平均值	ND	0.91	0.00	<LOQ
最大值	ND	3.19	0.02	0.02
LOQ	0.0313	0.0493	0.0017	0.0143
LOD	0.0094	0.0148	0.0005	0.0043

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(5/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	2-甲基戊烷	2-丙硫醇	2-丙醇	3-甲基-1-丁醇
7月31日	0.25	0.36	0.08	<LOQ
8月1日	0.01	ND	ND	ND
8月2日	ND	ND	ND	ND
8月3日	0.02	<LOQ	<LOQ	ND
8月4日	0.01	<LOQ	<LOQ	ND
8月5日	ND	ND	ND	ND
8月6日	ND	ND	ND	ND
8月7日	0.46	1.13	0.17	0.13
8月8日	0.88	1.55	0.18	0.22
8月9日	1.32	1.73	0.23	0.24
8月10日	1.37	1.88	0.20	0.22
8月11日	1.35	1.72	0.15	0.16
8月12日	1.48	1.65	0.16	0.18
8月13日	1.50	1.50	0.19	0.29
8月14日	1.49	1.61	0.21	0.32
8月15日	1.41	1.42	0.23	0.27
8月16日	0.70	0.79	0.14	0.09
8月17日	0.22	0.17	0.03	<LOQ
8月18日	0.19	0.12	0.02	<LOQ
8月19日	0.18	0.12	0.02	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(6/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	2-甲基戊烷	2-丙硫醇	2-丙醇	3-甲基-1-丁醇
8月20日	0.18	0.13	0.02	<LOQ
8月21日	0.20	0.12	0.02	<LOQ
8月22日	0.17	0.11	0.02	<LOQ
8月23日	0.17	0.13	0.02	<LOQ
8月24日	0.16	0.10	0.01	<LOQ
8月25日	0.16	0.11	0.01	ND
8月26日	0.15	0.10	0.02	ND
8月27日	0.17	0.12	0.02	<LOQ
8月28日	0.16	0.11	0.01	<LOQ
8月29日	0.17	0.10	0.02	<LOQ
8月30日	0.16	0.11	0.02	<LOQ
8月31日	0.14	<LOQ	0.01	ND
9月1日	0.14	0.09	0.01	ND
9月2日	0.17	0.09	0.01	ND
9月3日	0.15	<LOQ	0.01	<LOQ
平均值	0.44	0.50	0.06	0.07
最大值	1.50	1.88	0.23	0.32
LOQ	0.0053	0.0877	0.0059	0.0473
LOD	0.0016	0.0263	0.0018	0.0142

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(7/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	3-甲基己烷	環己烷	二甲基甲醯胺	乙醛
7月31日	0.56	ND	0.12	0.28
8月1日	<LOQ	ND	<LOQ	<LOQ
8月2日	ND	ND	ND	ND
8月3日	<LOQ	ND	0.01	0.02
8月4日	<LOQ	ND	0.03	0.04
8月5日	<LOQ	ND	ND	<LOQ
8月6日	ND	ND	ND	<LOQ
8月7日	0.50	<LOQ	0.69	0.96
8月8日	0.89	<LOQ	1.62	1.25
8月9日	1.30	<LOQ	1.14	1.59
8月10日	1.61	<LOQ	0.87	1.78
8月11日	1.79	<LOQ	0.74	1.46
8月12日	1.80	<LOQ	0.76	1.58
8月13日	1.94	<LOQ	1.32	1.44
8月14日	1.99	<LOQ	1.24	1.54
8月15日	1.82	<LOQ	1.06	1.48
8月16日	1.10	<LOQ	0.42	0.83
8月17日	0.27	ND	0.07	0.19
8月18日	0.23	ND	0.04	0.15
8月19日	0.21	ND	0.07	0.14

表 3-2.2 監測日均值(8/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	3-甲基己烷	環己烷	二甲基甲醯胺	乙醛
8月20日	0.19	ND	0.12	0.14
8月21日	0.20	ND	0.06	0.15
8月22日	0.20	ND	0.09	0.14
8月23日	0.23	ND	0.06	0.13
8月24日	0.17	ND	0.04	0.13
8月25日	0.18	ND	0.04	0.13
8月26日	0.20	ND	0.04	0.14
8月27日	0.19	ND	0.07	0.14
8月28日	0.21	ND	0.08	0.14
8月29日	0.20	ND	0.06	0.13
8月30日	0.22	ND	0.05	0.14
8月31日	0.20	ND	0.04	0.12
9月1日	0.20	ND	0.03	0.12
9月2日	0.20	ND	0.03	0.13
9月3日	0.17	ND	0.03	0.13
平均值	0.54	ND	0.32	0.48
最大值	1.99	<LOQ	1.62	1.78
LOQ	0.0206	0.0470	0.0055	0.0165
LOD	0.0062	0.0141	0.0017	0.0050

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(9/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	醋酸	丙酮	乙炔	丙烯腈
7月31日	0.41	0.38	0.06	ND
8月1日	0.02	0.05	ND	ND
8月2日	ND	<LOQ	ND	ND
8月3日	0.07	0.14	<LOQ	ND
8月4日	0.09	0.13	<LOQ	ND
8月5日	0.03	0.04	ND	ND
8月6日	ND	ND	ND	ND
8月7日	1.02	2.83	0.29	ND
8月8日	1.36	3.81	0.43	ND
8月9日	1.87	4.07	0.52	ND
8月10日	2.19	3.67	0.59	ND
8月11日	2.11	3.11	0.60	ND
8月12日	2.07	2.80	0.65	ND
8月13日	2.10	2.67	0.63	ND
8月14日	1.96	2.64	0.66	ND
8月15日	1.96	2.59	0.61	ND
8月16日	0.99	1.11	0.39	ND
8月17日	0.39	0.27	0.04	ND
8月18日	0.18	0.21	0.03	ND
8月19日	0.17	0.19	0.03	ND

表 3-2.2 監測日均值(10/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	醋酸	丙酮	乙炔	丙烯腈
8月20日	0.19	0.17	0.03	ND
8月21日	0.18	0.19	0.03	ND
8月22日	0.18	0.17	0.03	ND
8月23日	0.17	0.16	0.03	ND
8月24日	0.16	0.18	0.03	ND
8月25日	0.17	0.21	0.03	ND
8月26日	0.17	0.21	0.03	ND
8月27日	0.18	0.21	0.03	ND
8月28日	0.17	0.20	0.02	ND
8月29日	0.17	0.21	0.02	ND
8月30日	0.18	0.22	0.03	ND
8月31日	0.16	0.19	0.02	ND
9月1日	0.15	0.20	0.02	ND
9月2日	0.16	0.22	0.03	ND
9月3日	0.16	0.23	0.02	ND
平均值	0.62	0.96	0.17	ND
最大值	2.19	4.07	0.66	ND
LOQ	0.0140	0.0054	0.0030	0.0012
LOD	0.0042	0.0016	0.0009	0.0003

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(11/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	氨	苯	丁烷	丁酮
7月31日	24.3	0.28	ND	1.37
8月1日	20.5	0.00	ND	0.03
8月2日	20.2	ND	ND	ND
8月3日	21.0	0.00	ND	0.04
8月4日	21.4	0.03	ND	0.05
8月5日	20.6	0.01	ND	0.04
8月6日	20.4	ND	ND	ND
8月7日	20.9	0.55	ND	2.74
8月8日	20.6	1.56	ND	4.24
8月9日	23.2	2.52	<LOQ	4.81
8月10日	24.6	2.87	<LOQ	4.51
8月11日	23.3	2.91	<LOQ	3.35
8月12日	23.9	2.80	<LOQ	4.49
8月13日	23.4	2.81	<LOQ	6.65
8月14日	21.7	2.62	<LOQ	7.95
8月15日	21.5	2.82	<LOQ	8.38
8月16日	18.8	1.40	ND	2.37
8月17日	17.9	0.27	ND	0.48
8月18日	14.8	0.22	ND	0.40
8月19日	17.3	0.21	ND	0.67

表 3-2.2 監測日均值(12/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	氨	苯	丁烷	丁酮
8月20日	20.4	0.19	ND	0.67
8月21日	19.9	0.19	ND	0.67
8月22日	20.9	0.18	ND	0.56
8月23日	21.3	0.20	ND	0.50
8月24日	20.3	0.17	ND	0.38
8月25日	20.5	0.16	ND	0.36
8月26日	20.6	0.16	ND	0.49
8月27日	19.7	0.19	ND	0.63
8月28日	19.6	0.16	ND	0.50
8月29日	19.5	0.17	ND	0.61
8月30日	18.8	0.18	ND	0.43
8月31日	19.1	0.16	ND	0.36
9月1日	18.9	0.17	ND	0.29
9月2日	19.1	0.17	ND	0.29
9月3日	20.0	0.16	ND	0.26
平均值	20.5	0.76	ND	1.70
最大值	24.6	2.91	<LOQ	8.38
LOQ	0.0052	0.0024	0.0312	0.0066
LOD	0.0016	0.0007	0.0094	0.0020

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(13/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	乙酸丁酯	氯乙烯	氯仿	癸烷
7月31日	ND	0.03	0.12	0.05
8月1日	ND	ND	<LOQ	ND
8月2日	ND	ND	ND	ND
8月3日	ND	ND	0.01	ND
8月4日	ND	ND	ND	ND
8月5日	ND	ND	ND	ND
8月6日	ND	ND	<LOQ	ND
8月7日	<LOQ	0.08	0.24	0.13
8月8日	<LOQ	0.13	0.47	0.19
8月9日	<LOQ	0.16	0.63	0.22
8月10日	<LOQ	0.18	0.78	0.37
8月11日	<LOQ	0.12	0.75	0.21
8月12日	<LOQ	0.11	0.75	0.28
8月13日	<LOQ	0.16	0.67	0.18
8月14日	<LOQ	0.13	0.72	0.27
8月15日	<LOQ	0.11	0.69	0.25
8月16日	<LOQ	0.05	0.26	0.02
8月17日	ND	0.02	0.09	0.03
8月18日	ND	0.01	0.08	0.01
8月19日	ND	0.01	0.07	0.00

表 3-2.2 監測日均值(14/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	乙酸丁酯	氯乙烯	氯仿	癸烷
8月20日	ND	0.01	0.07	0.00
8月21日	ND	0.01	0.08	0.01
8月22日	ND	0.01	0.07	0.01
8月23日	ND	0.01	0.07	0.01
8月24日	ND	0.01	0.07	0.01
8月25日	ND	0.01	0.07	0.01
8月26日	ND	0.01	0.07	0.01
8月27日	ND	0.01	0.08	0.01
8月28日	ND	0.01	0.08	0.00
8月29日	ND	0.01	0.07	0.00
8月30日	ND	0.01	0.08	ND
8月31日	ND	0.01	0.07	0.00
9月1日	ND	0.01	0.07	0.00
9月2日	ND	0.01	0.07	0.01
9月3日	ND	0.01	0.07	ND
平均值	ND	0.04	0.21	0.07
最大值	<LOQ	0.18	0.78	0.37
LOQ	0.0743	0.0037	0.0058	0.0029
LOD	0.0223	0.0011	0.0017	0.0009

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最小量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(15/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	二氯甲烷	二甲胺	甲醚	二甲基硫醚
7月31日	0.21	0.18	<LOQ	<LOQ
8月1日	ND	<LOQ	ND	ND
8月2日	ND	ND	ND	ND
8月3日	<LOQ	0.02	ND	ND
8月4日	ND	0.02	ND	ND
8月5日	ND	ND	ND	ND
8月6日	ND	ND	ND	ND
8月7日	0.44	0.64	0.04	0.07
8月8日	0.83	0.82	0.04	0.10
8月9日	1.11	1.00	0.07	0.14
8月10日	1.38	1.23	0.06	0.15
8月11日	1.33	1.09	0.05	0.09
8月12日	1.33	1.08	0.05	0.11
8月13日	1.19	1.03	0.06	0.14
8月14日	1.28	1.06	0.06	0.09
8月15日	1.23	1.03	0.06	0.11
8月16日	0.49	0.69	0.03	<LOQ
8月17日	0.17	0.14	<LOQ	ND
8月18日	0.14	0.12	<LOQ	ND
8月19日	0.13	0.12	<LOQ	ND

表 3-2.2 監測日均值(16/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	二氯甲烷	二甲胺	甲醚	二甲基硫醚
8月20日	0.13	0.14	ND	ND
8月21日	0.13	0.14	<LOQ	ND
8月22日	0.12	0.13	ND	ND
8月23日	0.12	0.12	ND	ND
8月24日	0.12	0.12	ND	ND
8月25日	0.12	0.13	ND	ND
8月26日	0.12	0.12	ND	ND
8月27日	0.14	0.12	ND	ND
8月28日	0.15	0.11	ND	ND
8月29日	0.13	0.11	ND	ND
8月30日	0.14	0.12	ND	ND
8月31日	0.12	0.11	ND	ND
9月1日	0.12	0.10	ND	ND
9月2日	0.12	0.11	<LOQ	ND
9月3日	0.13	0.11	<LOQ	ND
平均值	0.38	0.34	<LOQ	<LOQ
最大值	1.38	1.23	0.07	0.15
LOQ	0.0316	0.0115	0.0226	0.0467
LOD	0.0095	0.0035	0.0068	0.0140

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最小量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(17/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	乙烷	乙醇	乙烯	乙酸乙酯
7月31日	17.2	0.20	0.03	0.60
8月1日	10.7	<LOQ	<LOQ	ND
8月2日	10.2	ND	ND	ND
8月3日	10.9	0.02	<LOQ	ND
8月4日	12.4	0.03	0.01	ND
8月5日	11.3	0.01	<LOQ	ND
8月6日	10.9	0.01	<LOQ	ND
8月7日	10.4	0.58	0.11	2.42
8月8日	12.3	0.83	0.10	3.02
8月9日	13.4	1.18	0.15	3.48
8月10日	9.79	1.44	0.15	3.09
8月11日	8.34	1.32	0.17	2.37
8月12日	8.57	1.37	0.17	3.32
8月13日	8.77	1.39	0.19	4.83
8月14日	8.91	1.37	0.22	5.73
8月15日	8.68	1.27	0.20	6.95
8月16日	6.94	0.80	0.11	2.43
8月17日	5.03	0.15	0.02	0.32
8月18日	4.87	0.13	0.02	<LOQ
8月19日	4.87	0.13	0.02	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(18/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	乙烷	乙醇	乙烯	乙酸乙酯
8月20日	4.90	0.14	0.02	0.33
8月21日	4.96	0.14	0.02	0.38
8月22日	5.00	0.13	0.02	0.30
8月23日	5.03	0.13	0.02	<LOQ
8月24日	5.15	0.13	0.02	<LOQ
8月25日	5.14	0.13	0.02	<LOQ
8月26日	5.11	0.13	0.02	<LOQ
8月27日	5.00	0.13	0.02	0.29
8月28日	4.98	0.12	0.02	<LOQ
8月29日	5.12	0.12	0.02	0.28
8月30日	5.12	0.12	0.02	<LOQ
8月31日	5.19	0.12	0.02	<LOQ
9月1日	5.20	0.11	0.02	<LOQ
9月2日	5.24	0.12	0.02	<LOQ
9月3日	5.13	0.12	0.02	<LOQ
平均值	7.74	0.40	0.06	1.23
最大值	17.2	1.44	0.22	6.95
LOQ	1.3267	0.0110	0.0037	0.2760
LOD	0.3980	0.0033	0.0011	0.0828

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(19/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	乙硫醇	甲醛	甲酸	庚烷
7月31日	ND	0.10	0.13	0.99
8月1日	ND	0.02	ND	0.03
8月2日	ND	0.02	ND	<LOQ
8月3日	ND	0.05	ND	0.03
8月4日	ND	0.11	ND	0.09
8月5日	ND	0.16	ND	0.01
8月6日	ND	0.18	ND	ND
8月7日	ND	0.49	0.31	0.70
8月8日	ND	0.52	0.40	1.58
8月9日	<LOQ	0.65	0.55	2.32
8月10日	<LOQ	0.77	0.64	2.88
8月11日	<LOQ	0.83	0.52	3.19
8月12日	ND	0.87	0.51	3.22
8月13日	<LOQ	0.92	0.57	3.47
8月14日	ND	0.93	0.57	3.56
8月15日	ND	0.93	0.57	3.25
8月16日	ND	0.57	0.34	1.97
8月17日	ND	0.11	0.08	0.42
8月18日	ND	0.10	<LOQ	0.41
8月19日	ND	0.10	<LOQ	0.38

表 3-2.2 監測日均值(20/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	乙硫醇	甲醛	甲酸	庚烷
8月20日	ND	0.11	<LOQ	0.34
8月21日	ND	0.11	<LOQ	0.35
8月22日	ND	0.11	<LOQ	0.36
8月23日	ND	0.11	<LOQ	0.40
8月24日	ND	0.11	<LOQ	0.31
8月25日	ND	0.12	<LOQ	0.33
8月26日	ND	0.11	<LOQ	0.35
8月27日	ND	0.11	<LOQ	0.35
8月28日	ND	0.11	<LOQ	0.37
8月29日	ND	0.11	<LOQ	0.35
8月30日	ND	0.12	<LOQ	0.39
8月31日	ND	0.11	<LOQ	0.36
9月1日	ND	0.10	<LOQ	0.36
9月2日	ND	0.11	<LOQ	0.36
9月3日	ND	0.11	<LOQ	0.31
平均值	ND	0.29	0.18	0.97
最大值	<LOQ	0.93	0.64	3.56
LOQ	0.3600	0.0075	0.0770	0.0060
LOD	0.1080	0.0023	0.0231	0.0018

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(21/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	己烷	硫化氫	異丁烷	異丁烯
7月31日	0.46	ND	1.56	<LOQ
8月1日	0.01	ND	0.08	ND
8月2日	ND	ND	ND	ND
8月3日	0.02	ND	0.10	ND
8月4日	0.03	ND	0.12	ND
8月5日	ND	ND	ND	ND
8月6日	<LOQ	ND	ND	ND
8月7日	0.34	ND	5.07	0.01
8月8日	0.80	ND	5.82	0.01
8月9日	1.56	ND	8.95	0.01
8月10日	2.38	ND	7.57	0.01
8月11日	2.45	ND	6.30	0.01
8月12日	2.49	ND	6.62	0.01
8月13日	2.32	ND	7.55	0.01
8月14日	2.34	ND	8.63	0.02
8月15日	2.28	ND	8.11	0.02
8月16日	1.17	ND	4.11	0.01
8月17日	0.29	ND	1.33	<LOQ
8月18日	0.36	ND	1.07	<LOQ
8月19日	0.34	ND	0.95	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(22/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	己烷	硫化氫	異丁烷	異丁烯
8月20日	0.34	ND	0.85	<LOQ
8月21日	0.33	ND	1.05	<LOQ
8月22日	0.31	ND	0.75	<LOQ
8月23日	0.31	ND	0.83	<LOQ
8月24日	0.31	ND	0.78	<LOQ
8月25日	0.29	ND	0.67	<LOQ
8月26日	0.30	ND	0.67	<LOQ
8月27日	0.38	ND	0.83	<LOQ
8月28日	0.38	ND	0.83	<LOQ
8月29日	0.36	ND	0.87	<LOQ
8月30日	0.37	ND	0.88	<LOQ
8月31日	0.33	ND	0.73	<LOQ
9月1日	0.33	ND	0.70	<LOQ
9月2日	0.32	ND	0.97	<LOQ
9月3日	0.31	ND	1.15	<LOQ
平均值	0.70	ND	2.47	0.00
最大值	2.49	ND	8.95	0.02
LOQ	0.0099	0.0720	0.0650	0.0041
LOD	0.0030	0.0216	0.0195	0.0012

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(23/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	異戊烷	間-二甲苯	甲烷	甲醇
7月31日	0.12	0.42	1975	<LOQ
8月1日	ND	0.02	1515	ND
8月2日	ND	ND	1830	ND
8月3日	ND	0.01	1690	ND
8月4日	ND	0.01	2375	ND
8月5日	ND	0.00	1890	ND
8月6日	ND	ND	1710	ND
8月7日	0.42	3.53	-	<LOQ
8月8日	0.56	3.25	-	<LOQ
8月9日	0.76	3.06	-	0.39
8月10日	0.70	2.62	2190	0.43
8月11日	0.70	1.89	2105	0.38
8月12日	0.69	4.53	2100	0.50
8月13日	0.82	5.23	2095	0.55
8月14日	0.84	5.97	2090	0.57
8月15日	0.84	7.84	1990	0.51
8月16日	0.46	8.40	2055	0.28
8月17日	0.11	0.14	2065	ND
8月18日	0.10	0.08	1885	ND
8月19日	0.09	0.11	1805	ND

表 3-2.2 監測日均值(24/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	異戊烷	間-二甲苯	甲烷	甲醇
8月20日	0.08	0.12	1760	ND
8月21日	0.09	0.14	1750	ND
8月22日	0.07	0.22	1960	ND
8月23日	0.07	0.12	2170	ND
8月24日	0.08	0.15	2165	ND
8月25日	0.07	0.10	2145	ND
8月26日	0.07	0.13	2115	ND
8月27日	0.08	0.10	2100	ND
8月28日	0.08	0.09	2005	ND
8月29日	0.08	0.15	2130	ND
8月30日	0.08	0.17	2135	ND
8月31日	0.08	0.08	2095	ND
9月1日	0.08	0.11	2110	ND
9月2日	0.09	0.23	2125	ND
9月3日	0.10	0.61	2110	ND
平均值	0.24	1.42	2005	<LOQ
最大值	0.84	8.40	2375	0.57
LOQ	0.0610	0.0038	0.7400	0.2650
LOD	0.0183	0.0011	0.2220	0.0795

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(25/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	乙酸甲酯	氯甲烷	甲基環己烷	甲基異丁酮
7月31日	0.51	0.02	0.16	<LOQ
8月1日	<LOQ	<LOQ	<LOQ	ND
8月2日	ND	<LOQ	0.01	ND
8月3日	0.03	<LOQ	0.03	ND
8月4日	<LOQ	ND	ND	ND
8月5日	ND	0.02	ND	ND
8月6日	ND	0.02	ND	ND
8月7日	0.74	0.05	0.18	0.06
8月8日	1.48	0.07	0.35	0.08
8月9日	2.31	0.09	0.60	0.10
8月10日	3.01	0.13	0.82	0.11
8月11日	2.85	0.07	0.88	0.10
8月12日	2.77	0.05	0.92	0.09
8月13日	3.09	0.06	1.04	0.09
8月14日	3.17	0.07	0.99	0.09
8月15日	3.13	0.04	0.95	0.09
8月16日	1.27	0.05	0.42	0.05
8月17日	0.39	0.02	0.12	0.05
8月18日	0.24	0.01	0.15	<LOQ
8月19日	0.25	<LOQ	0.14	<LOQ

表 3-2.2 監測日均值(26/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	乙酸甲酯	氯甲烷	甲基環己烷	甲基異丁酮
8月20日	0.39	<LOQ	0.16	<LOQ
8月21日	0.30	<LOQ	0.16	<LOQ
8月22日	0.26	<LOQ	0.16	<LOQ
8月23日	0.25	0.01	0.15	<LOQ
8月24日	0.20	<LOQ	0.14	<LOQ
8月25日	0.21	<LOQ	0.16	<LOQ
8月26日	0.24	<LOQ	0.15	ND
8月27日	0.27	<LOQ	0.17	<LOQ
8月28日	0.26	0.01	0.15	<LOQ
8月29日	0.22	0.01	0.16	<LOQ
8月30日	0.24	0.01	0.17	ND
8月31日	0.20	0.01	0.17	ND
9月1日	0.18	<LOQ	0.16	ND
9月2日	0.19	<LOQ	0.17	ND
9月3日	0.17	<LOQ	0.15	ND
平均值	0.82	0.03	0.29	<LOQ
最大值	3.17	0.13	1.04	0.11
LOQ	0.0278	0.0113	0.0140	0.0328
LOD	0.0083	0.0034	0.0042	0.0099

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(27/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	辛烷	戊烷	丙醛	丙烷
7月31日	0.05	0.11	<LOQ	0.50
8月1日	0.02	ND	ND	<LOQ
8月2日	ND	ND	ND	ND
8月3日	0.01	<LOQ	ND	0.04
8月4日	0.02	<LOQ	ND	0.05
8月5日	ND	<LOQ	ND	<LOQ
8月6日	ND	ND	ND	<LOQ
8月7日	0.31	0.38	0.02	1.27
8月8日	0.49	0.50	0.02	1.67
8月9日	0.47	0.68	0.03	2.17
8月10日	0.38	0.62	0.02	2.44
8月11日	0.44	0.62	0.02	2.30
8月12日	0.35	0.61	0.02	2.23
8月13日	0.45	0.73	0.02	2.28
8月14日	0.35	0.75	0.03	2.29
8月15日	0.47	0.75	0.03	2.17
8月16日	0.12	0.41	0.01	1.11
8月17日	0.03	0.10	<LOQ	0.30
8月18日	0.01	0.09	<LOQ	0.24
8月19日	0.01	0.08	<LOQ	0.23

表 3-2.2 監測日均值(28/30)

113 年	監測測項(ppb)			
	辛烷	戊烷	丙醛	丙烷
8月20日	0.01	0.07	<LOQ	0.23
8月21日	0.02	0.08	<LOQ	0.23
8月22日	0.01	0.07	<LOQ	0.23
8月23日	0.01	0.06	<LOQ	0.22
8月24日	0.01	0.07	<LOQ	0.22
8月25日	0.01	0.06	<LOQ	0.21
8月26日	0.01	0.06	<LOQ	0.22
8月27日	0.01	0.07	<LOQ	0.23
8月28日	0.01	0.07	<LOQ	0.24
8月29日	0.01	0.07	<LOQ	0.24
8月30日	0.01	0.07	<LOQ	0.22
8月31日	0.01	0.07	<LOQ	0.23
9月1日	<LOQ	0.07	<LOQ	0.22
9月2日	0.01	0.08	<LOQ	0.22
9月3日	0.01	0.09	<LOQ	0.25
平均值	0.12	0.22	0.01	0.71
最大值	0.49	0.75	0.03	2.44
LOQ	0.0050	0.0243	0.0057	0.0350
LOD	0.0015	0.0073	0.0017	0.0105

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

表 3-2.2 監測日均值(29/30)

113 年	監測測項(ppb)		
	丙烯	四氯乙烯	甲苯
7月31日	<LOQ	0.05	0.64
8月1日	ND	ND	0.03
8月2日	ND	ND	ND
8月3日	ND	ND	0.03
8月4日	ND	ND	0.01
8月5日	ND	ND	ND
8月6日	ND	ND	ND
8月7日	0.04	ND	2.14
8月8日	0.05	0.08	2.95
8月9日	0.07	<LOQ	2.74
8月10日	0.07	0.09	2.32
8月11日	0.07	0.11	1.60
8月12日	0.07	0.07	2.16
8月13日	0.08	0.18	3.32
8月14日	0.08	0.09	3.50
8月15日	0.08	0.13	4.02
8月16日	0.04	0.27	1.03
8月17日	<LOQ	ND	0.32
8月18日	<LOQ	ND	0.24
8月19日	<LOQ	ND	4.26

表 3-2.2 監測日均值(30/30)

113 年	監測測項(ppb)		
	丙烯	四氯乙烯	甲苯
8月20日	<LOQ	ND	4.96
8月21日	<LOQ	ND	4.89
8月22日	<LOQ	ND	3.98
8月23日	<LOQ	ND	4.26
8月24日	<LOQ	ND	2.39
8月25日	<LOQ	ND	1.77
8月26日	<LOQ	ND	2.49
8月27日	<LOQ	ND	4.28
8月28日	<LOQ	ND	3.33
8月29日	<LOQ	ND	3.21
8月30日	<LOQ	ND	2.58
8月31日	<LOQ	ND	1.70
9月1日	<LOQ	ND	1.93
9月2日	<LOQ	ND	2.58
9月3日	<LOQ	ND	4.68
平均值	0.02	<LOQ	2.30
最大值	0.08	0.27	4.96
LOQ	0.0134	0.0517	0.0029
LOD	0.0040	0.0155	0.0009

備註：1.檢測儀器為離子流動管質譜儀(SIFT-MS)，檢驗方法非環境部公告方法，僅供參考。

2.定量極限(limit of quantification, LOQ)：分析物在樣品中可被定量而且具準確性，可被接受的最低量。

3.偵測極限(limit of detection, LOD)：檢測過程能夠定量的最低待檢物濃度。

4.”---“表示監測儀器異常無監測值。

四、結論

VOC1 車於 113 年 7 月 31 日至 9 月 3 日架設關連工業區內，針對周圍環境空氣品質進行監測。氣象監測結果，期間主要風向為西南風，略有部分比例為西北風，期間風速平均為 1.1 m/s，最大風速為 2.4 m/s。監測前十項濃度較高濃度物種依序為甲烷、氨、乙烷、異丁烷、甲苯、丁酮、間-二甲苯、乙酸乙酯、庚烷及丙酮，各項物種濃度均低於固定污染源周界標準及固定污染源有害空氣污染物排放標準。